molten®
From the Inside Out
バディーシリーズ

バディーI付属品

サイドバー／丸型サイドバー

取扱説明書



目　次

○注意事項・・・・・・・・・・P1
○各部名称および梱包内容・・・P2
○組み立て方法・・・・・・・・P3
○設置方法・・・・・・・・・・P3
○点検項目・・・・・・・・・・P4
○保証書、仕様・・・・・・・・P4

安全にお使いいただくために

この度は当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後もいつでも見られる場所に大切に保管してください。
ご本人の健康状態や体調が変化した場合には医師や看護師などの専門員に相談した上でご使用ください。

注意事項

⚠ 警告

●本製品はバディーI専用付属品です。
本製品はモルテン生活機能支援手すりバディーI専用付属品です。バディーI以外の製品には使用しないでください。

●サイドバー／丸型サイドバーを横から強く引っ張らないでください。
手すりを横から強く引っ張ると本体が傾いたりして、転倒やケガをする恐れがあります。

●サイドバーのすき間に頭や首が入らないように十分注意してください。
サイドバーのすき間に頭や首が入らないようにしてください。
頭や首がすき間に入ると抜けなくなり、ケガをする恐れがあります。

●サイドバー／丸型サイドバーに座ったり、ぶら下がったり、踏み台にしないでください。
サイドバー／丸型サイドバーに座ったり、ぶら下がったり、踏み台にすると本体が外れたり、破損して転倒やケガをする恐れがあります。

●屋外や風呂場など、風雨にさらされたり水気のある場所では使用しないでください。
屋外や風呂場など常時、水気のある場所に設置すると水分などで床面が滑ったりし、
不安定になり転倒やケガをする恐れがあります。

●サイドバー／丸型サイドバーはしっかり固定してご使用ください。
サイドバー／丸型サイドバーを固定している固定ネジはしっかりと固定し、簡単にずれたり、外れたりしないことを確認してご使用ください。固定が不十分な場合、使用中に転倒やケガをする恐れがあります。

●本製品は日本国内専用です。
海外では使用できません。

注意事項

⚠ 注意

●サイドバー／丸型サイドバーにぶつからないように注意してください。
ご利用者様の身の回りのお世話をするときや本体使用中など、サイドバーにぶつからないようにご注意ください。
強くぶつかると打撲の恐れがあります。

●サイドバー／丸型サイドバーを上に持上げたりしないでください。
手すりの上方向に力を加えると手すりがずれたり、傾いたりして転倒やケガをする恐れがあります。

●サイドバー／丸型サイドバーを無理矢理回したりしないでください。
サイドバー／丸型サイドバーを無理矢理回すとバディーI本体がねじれ、バディーI本体がずれたり、外れたりして転倒やケガをする恐れがあります。

●丸型サイドバーを使用する場合は必ず丸型ストッパーを併用してください。
丸型サイドバーを使用する場合は必ず丸型ストッパーをバディーI下部に取り付けてください。
取り付けないで使用するとバディーI本体がねじれたり、ずれたり、外れたりして転倒やケガをする恐れがあります。

●火気を近づけたり、ストーブ、ファンヒーターなどのそばで使用しないでください。
火気やストーブ、ファンヒーターなどの熱により製品を損傷したり、火災の原因につながる恐れがあります。

●お客様による分解・改造・修理はしないでください。
変形・破損の原因となり、ケガをする恐れがあります。

●本来の目的以外に使用しないでください。
本来の目的以外に使用すると、製品が外れたり思わぬケガをする恐れがあります。

●有機溶剤やスプレータイプの殺虫剤などを直接噴射しないでください。
清拭する場合は、中性洗剤を水で薄め柔らかい布に浸し、よく絞ってから清拭してください。
その後残った洗剤分を水に浸して、よく絞った布で拭き取ってください。
最後に乾いた布で水滴・湿気をしっかり拭き取ってください。
※有機溶剤（シンナー、ベンジンなど）やスプレータイプの殺虫剤、強塩酸洗浄剤などを使用しないでください。

各部名称および梱包内容

記載部品が全て揃っているか、また破損・変形などしていないか確認してください。
万が一、部品の不足・破損があった場合はお買い求めの販売店にご連絡ください。



丸型サイドバー:1台



サイドバー:1台

※六角レンチ（5mm）が必要です。工具は付属していません。

付属品

●取扱説明書:1部

組み立て方法

●サイドバー取り付け方法







①サイドバーを取り付ける高さを決めます。

②ブラケットを閉じ、固定ネジでしっかりしめて固定します。

③取り付け後、サイドバーが簡単に下がったり、回転したりしないことを確認してください。

※サイドバーが簡単に下がったり、回転したりする場合は、固定ネジを増しじめしてください。

●丸型サイドバー取り付け方法



⚠ 注意

丸型サイドバーを使用する場合は、必ず丸型ストッパーをバディーI下部に取り付けてください。





①丸型サイドバーを取り付ける高さを決めます。

②ブラケットを閉じ、固定ネジでしっかりしめて固定します。

③取り付け後、サイドバーが簡単に下がったり、回転したりしないことを確認してください。

※丸型サイドバーが簡単に下がったり、回転したりする場合は、固定ネジを増しじめしてください。

設置方法

●サイドバーと丸型サイドバーを併せて使用する場合



①バディーIにサイドバーを頭側へ向くように取り付けます。



②丸型サイドバーを足元側へ向くように取り付けます。（サイドバーより上の位置に取り付けてください。）

上から見た図



※サイドバー、丸型サイドバーの高さや向きはご利用者様に合わせて調整してください。

点検項目

●サイドバー／丸型サイドバー設置後の確認事項

設置が完了しましたら、下記の点検項目を確認してください。またこの点検項目は日常の点検にもご使用ください。

	点検項目	確認	
1	バディーIとサイドバー／丸型サイドバーの連結 ・サイドバー／丸型サイドバーを固定している固定ネジはしっかり固定されていますか?	YES □	NO P3参照
2	丸型ストッパーの取付確認(丸型サイドバー設置時) ・バディーI下部に丸型ストッパーを取り付けていますか?	YES □	NO P3参照
3	サイドバー／丸型サイドバーのガタつき確認 ・サイドバー／丸型サイドバーにガタつきはありませんか? ・バディーI下部に丸型ストッパーを取り付けていますか?	YES □	NO P3参照

●このようなときには

サイドバー／丸型サイドバー使用中に異常を感じた場合、以下の内容をお確かめください。

症状	確認	処置
サイドバー／丸型サイドバーがグラグラして不安定	サイドバーを固定している固定ネジがゆるんでいませんか?	固定ネジをしっかり固定してください。(P3参照)
	アームレストが浮き上がったりしていますか?(丸型サイドバー)	アームレストを固定している固定ネジがゆるんでいないか確認してください。
手すりに体重をかけると下にさがる	サイドバーを固定している固定ネジがゆるんでいませんか?	固定ネジをしっかり固定してください。(P3参照)

上記の処置で直らなかった場合、またはその他の症状の場合はお求めの販売店または(株)モルテン 健康用品事業本部 TEL(082)842-9975 までご相談ください。

仕様

サイドバー　品番　MNTCMO1LB

●サイズ：幅26×高さ19.5cm、直径4×2.8cm(楕円)
●重　量：0.65kg
●素　材：ポリプロピレン

丸型サイドバー　品番　MNTCMO5

●アームレストサイズ：長さ28×幅15cm
●重　量：1.5kg
●素　材：オレフィン系エラストマー

開発・製造元

※ 健康用品事業本部にて取得しています。

株式会社 モルテン
健康用品事業本部
www.molten.co.jp/health
東京　札幌　仙台　名古屋　大阪　広島　福岡
製品他、各種お問い合せは
〒739-1794　広島市安佐北区口田南2-18-12
TEL.082-842-9975
FAX 0120-769-123
E-mail:health@molten.co.jp

2015.10